

UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /GPTHCVBX-SKHCN

Hà Giang, ngày tháng 06 năm 2025

GIẤY PHÉP
Tiến hành công việc bức xạ
(Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008; Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/01/2020 của Chính Phủ quy định v/v tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Thông tư 01/2021/TT-BKHCN của Bộ KH&CN ngày 01/03/2021 v/v Hướng dẫn Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ của Chi nhánh 2 Công ty cổ phần Đức Minh - Phòng khám Đa khoa Đức Minh 2 - Bắc Quang;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công nghệ Chuyên ngành.

CHO PHÉP:
Chi nhánh 2 Công ty cổ phần Đức Minh
Phòng khám Đa khoa Đức Minh 2 - Bắc Quang

Địa chỉ: Tổ 11 Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 0943313555 Fax:

Được phép: Sử dụng 01 thiết bị X-quang chẩn đoán y tế (cố định) có các đặc trưng nêu tại phần kèm theo của Giấy phép này để chụp chẩn đoán bệnh.

Trong quá trình tiến hành công việc bức xạ Chi nhánh 2 Công ty cổ phần Đức Minh - Phòng khám Đa khoa Đức Minh 2 - Bắc Quang phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định pháp luật và các điều kiện của Giấy phép.

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày 09/7/2028

Nơi nhận:

- Chi nhánh 2 CTCP Đức Minh
PKĐK Đức Minh 2 - BQ;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT; CNCNg.

GIÁM ĐỐC

Phan Đăng Đông

CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP

*(Kèm theo Giấy phép số: /GPTHCVBX-SKHCN ngày tháng 06 năm 2025
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang)*

1. Chỉ được phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng 01 thiết bị X-Quang y tế (cố định) có các đặc trưng nêu tại phần kèm theo của Giấy phép này.
 2. Trường hợp tiếp tục tiến hành công việc bức xạ sau thời hạn ghi trong Giấy phép này, phải làm thủ tục đề nghị gia hạn trước khi Giấy phép hết hạn ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày theo quy định.
 3. Trường hợp chuyển nhượng nguồn bức xạ cho tổ chức, cá nhân khác, phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
 4. Định kỳ kiểm định thiết bị X-quang , kiểm xạ an toàn phòng theo quy định của pháp luật.
 5. Định kỳ kiểm tra sức khỏe nhân viên bức xạ ít nhất 6 tháng/1 lần
 6. Định kỳ đo đếm liều kế cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất 3 tháng/1 lần
 7. Nếu có thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ cần khai báo, đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
 8. Trường hợp xảy ra sự cố bức xạ, phải thông báo khẩn cấp cho các cơ quan liên quan và SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
- Địa chỉ: Số 222 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- Điện thoại: 02193.868.004

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ ĐƯỢC SỬ DỤNG THEO GIẤY PHÉP

(Kèm theo Giấy phép số: /GPTHCVBX-SKH&CN ngày tháng 06 năm 2025
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang)

TT	Tên thiết bị	Mã hiệu, số seri	Hãng SX, nước sx, năm sx	Thông số làm việc cực đại kV _{max} mA _{max} mAs _{max}	Mục đích sử dụng, nơi sử dụng, sử dụng cố định hay di động	Các bộ phận của thiết bị			
						Tên bộ phận	Hãng sản xuất	Mã hiệu	Số seri
01	X - Quang Cắt lớp vi tính (CT Scanner)	Revolution ACT - CE6XG2200120HM	GE Hang Wei Systems co.,Ltd Trung Quốc năm 2022	140 kV 200 mA	Chụp cắt lớp VT, Cố định	Đầu bóng phát tia X	GE Hang Wei Systems co.,Ltd	5492001-3	CE6XG2200120 HM
						Bàn điều khiển	GE Mỹ	6550000-20	716750HM5