

UBND TỈNH HÀ GIANG  
**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /GPTHCVBX-SKHCN

Hà Giang, ngày tháng 05 năm 2025

**GIẤY PHÉP**  
**Tiến hành công việc bức xạ**  
**( Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế )**

**GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

*Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008; Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/01/2020 của Chính Phủ quy định v/v tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Thông tư 01/2021/TT-BKHCN của Bộ KH&CN ngày 01/03/2021 v/v Hướng dẫn Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;*

*Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ của Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Công nghệ Chuyên ngành.*

**CHO PHÉP:**  
**Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình**

Địa chỉ: Tổ 5 Thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193.820.065 Fax:

Được phép: Sử dụng 01 thiết bị X-quang chẩn đoán y tế (cố định) có các đặc trưng nêu tại phần kèm theo của Giấy phép này để chụp chẩn đoán bệnh.

Trong quá trình tiến hành công việc bức xạ Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định pháp luật và các điều kiện của Giấy phép.

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày 14/04/2028

**Nơi nhận:**

- BVĐK huyện Quang Bình;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT; CNCNg.

**GIÁM ĐỐC**

**Phan Đăng Đông**

## **CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP**

*(Kèm theo Giấy phép số: /GPTHCVBX-SKHCN ngày tháng 05 năm 2025  
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang)*

1. Chỉ được phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng 01 thiết bị X-Quang y tế (cố định) có các đặc trưng nêu tại phần kèm theo của Giấy phép này.
  2. Trường hợp tiếp tục tiến hành công việc bức xạ sau thời hạn ghi trong Giấy phép này, phải làm thủ tục đề nghị gia hạn trước khi Giấy phép hết hạn ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày theo quy định.
  3. Trường hợp chuyển nhượng nguồn bức xạ cho tổ chức, cá nhân khác, phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
  4. Định kỳ kiểm định thiết bị X-quang , kiểm xạ an toàn phòng theo quy định của pháp luật.
  5. Định kỳ kiểm tra sức khỏe nhân viên bức xạ ít nhất 6 tháng/1 lần
  6. Định kỳ đo đếm liều kế cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất 3 tháng/1 lần
  7. Nếu có thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ cần khai báo, đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
  8. Trường hợp xảy ra sự cố bức xạ, phải thông báo khẩn cấp cho các cơ quan liên quan và SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
- Địa chỉ: Số 222 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
  - Điện thoại: 02193.868.004

**CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ ĐƯỢC SỬ DỤNG THEO GIẤY PHÉP**

( Kèm theo Giấy phép số:        /GPTHCVBX-SKH&CN ngày        tháng 05 năm 2025  
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang)

| TT | Tên thiết bị           | Mã hiệu, số sêri | Hãng SX, nước sx, năm sx    | Thông số làm việc cực đại<br>kV <sub>max</sub><br>mA <sub>max</sub><br>mAs <sub>max</sub> | Mục đích sử dụng, nơi sử dụng, sử dụng cố định hay di động | Các bộ phận của thiết bị |                    |          |           |
|----|------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------|-----------|
|    |                        |                  |                             |                                                                                           |                                                            | Tên bộ phận              | Hãng sản xuất      | Mã hiệu  | Số sêri   |
| 01 | Máy CT Scanner MOMATOM | 10045692 - 85041 | SIEMENS Trung Quốc năm 2018 | 130 kV<br>180 mAs                                                                         | Cố định, chụp Cắt lớp CT                                   | Đầu bóng phát tia X      | SIEMENS Trung Quốc | MCT 160  | 100151882 |
|    |                        |                  |                             |                                                                                           |                                                            | Bàn điều khiển           | SIEMENS Trung Quốc | 10856834 | 15066     |